

**PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
MATERIALE TECNICO FUNZIONALE ALLA RACCOLTA DEI CAMPIONI BIOLOGICI**

**Verbale della terza seduta pubblica**

Il giorno 30 Maggio 2019, alle ore 11.00, in Roma, presso gli Uffici della Federazione Medico Sportiva Italiana di Viale Tiziano nr. 70, innanzi alla Commissione di gara, hanno luogo in seduta pubblica le operazioni di valutazione delle offerte presentate dalle Ditte ammesse per l’affidamento della fornitura di materiale tecnico (bicchieri di raccolta parziale) funzionale alla raccolta dei campioni biologici urinari prelevati a cura degli Ispettori DCO/BCO FMSI a fini antidoping, di cui al Disciplinare di gara Prot.U02051900704, indetta a seguito della deliberazione del Consiglio Direttivo Federale nr.170 del 18 Dicembre 2018.

Sono presenti i componenti della detta Commissione Giudicatrice (di seguito Commissione), all’uopo costituita: Dott. Maurizio Fortin, con funzione di Presidente, Dott. Francesco Leonelli, con funzione di Commissario, e Dott.ssa Daniela Carlot, con funzione di Commissario e segretaria verbalizzante.

Presente altresì il Responsabile del Procedimento Maurizio Galdi, giusta nomina conferitagli con la medesima deliberazione consiliare nr.170/2018 soprarichiamata.


La Commissione prende atto che della presente seduta è stato dato avviso, oltreché con apposita comunicazione sul sito internet della Stazione appaltante, anche a mezzo PEC alle ditte risultate ammesse al prosieguo delle operazioni di gara:

- . Berlinger Special AG - DFA9BA7E.001E148A.03E6734C.4E261F87.posta-certificata@legalmail.it
- . Versapak International Ltd - DFB09CD4.001DFBBE.03E70423.0C9B9C96.posta-certificata@legalmail.it
- . P.P.&C. - DFAD31F2.001E0E96.03E7E459.CC6C6AB2.posta-certificata@legalmail.it

La Commissione prende atto altresì che, come richiesto dalla normativa applicabile, il verbale della seduta del 28 Maggio u.s., concernente le ammissioni/esclusioni alla procedura in questione, è stato pubblicato su apposita pagina del sito web della FMSI a far data dal 28 Maggio stesso e che non sono pervenute impugnazioni.

La Commissione, attesa l’aggiudicazione della presente procedura secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ricorda i criteri di valutazione prescritti dall’art.6.1.2 del Disciplinare di gara e dall’art. 4 del relativo Capitolato tecnico.

Ciò premesso e già acclarata nel corso della seduta del 20 Maggio u.s. la conformità alle regole di gara dell’offerta presentata da Berlinger Special AG per quanto attiene alle modalità di invio e di produzione dei documenti, la Commissione procede alla verifica della documentazione presente nel file “B – Offerta Tecnica” presentata dalla ditta Berlinger, al fine di prendere atto del relativo contenuto e di appurare l’effettiva compatibilità del medesimo con quanto richiesto dal Disciplinare di gara.



Vi si rinviene: elenco delle principali manifestazioni sportive, tra cui tutte le edizioni dei giochi olimpici dal 2000 al 2018, in cui sono stati utilizzati i bicchieri di raccolta parziale dei campioni biologici urinari; elenco dei principali clienti, tra cui i Comitati Olimpici e le più importanti NADO; dichiarazione di analisi e approvazione dei BEREG kit da parte del Presidente della Commissione Medicina dello IOC; dichiarazione attestante la conformità dei BEREG kit agli standard WADA da parte del Direttore di detta Agenzia Mondiale Antidoping; copia delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 in corso di validità; copia del vigente Codice WADA afferente "International Standard Testing and Investigation".

La Commissione, sentito al riguardo il parere del Dott. Francesco Leonelli, Coordinatore Nazionale dei DCO/BCO FMSI, che relaziona dettagliatamente sulle caratteristiche tecniche dei bicchieri di raccolta parziale dei campioni biologici urinari, dà atto unanimemente che l'attestazione presentata dalla WADA, che rappresenta la massima autorità indipendente regolatoria in materia, costituisce - anche in assenza di datasheet - idonea comprova documentale a garanzia del pieno soddisfacimento dei requisiti di prodotto, di cui al Disciplinare di gara e relativo Capitolato Tecnico, che proprio al predetto Codice WADA fanno riferimento.

Indi, la Commissione procede, in seduta riservata, all'attribuzione dei relativi punteggi rappresentati nel prospetto riassuntivo della valutazione sub-allegato 1.

La Commissione successivamente procede, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione presente nel file "B - Offerta Tecnica" presentata dalla ditta Versapak, al fine di prendere atto del relativo contenuto e di appurare l'effettiva compatibilità del medesimo con quanto richiesto dal Disciplinare di gara.

Vi si rinviene: certificato di iscrizione nel registro inglese; copia della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità; presentazione della società (mission, organigramma); descrizione degli ambiti di business; referenze di clienti, tra cui la NADO portoghese, la NADO polacca, il Comitato olimpico messicano; descrizione dei processi produttivi; datasheet dei bicchieri di raccolta parziale dei campioni biologici urinari.

Indi, la Commissione procede, in seduta riservata, all'attribuzione dei relativi punteggi rappresentati nel prospetto riassuntivo della valutazione sub-allegato 2.

La Commissione successivamente procede, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione presente nel file "B - Offerta Tecnica" presentata dalla ditta P.P.&C., al fine di prendere atto del relativo contenuto e di appurare l'effettiva compatibilità del medesimo con quanto richiesto dal Disciplinare di gara.


Vi si rinviene: presentazione della società (mission, organigramma); elenco dei principali clienti; descrizione dei processi produttivi e del portfolio prodotti; datasheet dei bicchieri di raccolta parziale dei campioni biologici urinari; copia della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità;

Indi, la Commissione procede, in seduta riservata, all'attribuzione dei relativi punteggi rappresentati nel prospetto riassuntivo della valutazione sub-allegato 3.

Completato l'esame delle offerte tecniche delle Ditte ammesse, la Commissione procede nuovamente in seduta pubblica dando lettura dei punteggi assegnati e delle relative valutazioni compiute, così come sintetizzato nella sottostante tabella:

DITTA	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
Berlinger Special AG	15
Versapak International Ltd	40
P.P.&C.	37 *

\* La Commissione, sentito al riguardo il parere del Dott. Francesco Leonelli, Coordinatore Nazionale dei DCO/BCO FMSI, che relaziona dettagliatamente sulle caratteristiche tecniche dei bicchieri di raccolta parziale dei campioni biologici urinari, ritiene che la modalità di chiusura con tappo a vite non assicuri il pieno soddisfacimento del requisito minimo afferente alla tenuta stagna indicato come inderogabile dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.6.1.2 del Disciplinare di gara e dell'art.3.1 del relativo Capitolato tecnico.



La Commissione dà mandato agli Uffici di richiedere alla Ditta P.P.&C. la consegna di un campione del prodotto oggetto della presente trattativa entro il termine perentorio - pena l'esclusione - di 7 (sette) giorni solari dall'invio della comunicazione a mezzo PEC, al fine di procedere all'attribuzione del punteggio tecnico previa verifica del requisito oggetto di valutazione e determinare in ordine all'ammissione della Ditta di cui trattasi alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.


La seduta viene aggiornata.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale scritto in pagine 3, che viene firmato dal Presidente e dai Commissari.

Dott. Maurizio Fortin



Dott.ssa Daniela Carlot



Dott. Francesco Leonelli

